

Rzeszów, dnia 12 marca 2019 r.

Odpowiedzi do pytań zadanych w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę na dostawę systemu do rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T

na potrzeby realizacji projektu pn. Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0134/15-00

Dotyczy zadania I - I ZESTAW DO BIOPSJI PIERSI I PROSTATY POD KONTROLĄ MR

Pyt. 1. Dot. Załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Część 1 . ppkt. 1b
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 7G i 10G?

Odp. Zamawiający dopuszcza wskazane rozmiary igieł.


Radosław Skiba
Prokurent