

Rzeszów, dnia 25 lutego 2019 r.

Odpowiedzi do pytań zadanych w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego **na dostawę na dostawę systemu do rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T**

na potrzeby realizacji projektu pn. **Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszkański i Wspólnicy Spółka Jawna** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0134/15-00

Dotyczy zadania IV-Aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T

Pytanie 1

W związku z planowanymi zmianami w parametrach technicznych w punkcie 6, prosimy o zwiększenie przedziału związanego z minimalną objętością oddechową od min. 4 do min 80 odd/min ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich parametrach.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
PRO-FAMILIA
Radosław Skiba
Prokurent