

Rzeszów, dnia 24 stycznia 2019 r.

Odpowiedzi do pytań zadanych w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę na dostawę systemu do rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T

na potrzeby realizacji projektu pn. Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszcański i Wspólnicy Spółka Jawna realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0134/15-00

#### Dotyczy zadania V - Monitor bólu

##### Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie do jakich pacjentów będzie używane urządzenie? Dla pacjentów poniżej 2 roku życia czy powyżej?

**Odp.: Monitor używany będzie do pacjentów powyżej 2 roku życia.**

##### Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie do jakiego kardiomonitora będzie podłączony Monitor Bólu? Jest to związane z odpowiednik dobranie kabla łączącego oba urządzenia.

**Odp.: w związku z tym, że Zamawiający korzysta ze sprzętu różnych firm proszę o uwzględnienie kompletu kabli umożliwiających podłączenie monitora do różnych urządzeń.**



**PRO-FAMILIA**  
Radosław Skiba  
Prokurent

**PRO-FAMILIA**  
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa  
35-302 Rzeszów, ul. Witolda 6B  
NIP 813-35-61-368, REGON 180357490  
tel. 17 / 773 57 00